

# ICH BIN DIABETIKER

**Bei Verwirrheitszuständen** und Benommenheit geben Sie mir bitte ein stark gezuckertes Getränk oder Trauben- bzw. Würfelzucker (befindet sich in \_\_\_\_\_).

**Bei Bewußtlosigkeit** nichts einflößen! Stabile Seitenlage herstellen! Bitte sofort den Rettungsdienst (☎ 112) oder einen Arzt rufen, mit dem Hinweis, dass ich Diabetes habe.

## Hinweis für den Notfall-Arzt

Über die Insulinpumpe wird der Patient kontinuierlich mit kurzwirksamem Insulin versorgt (kein Verzögerungs-insulin). Wird die Insulinpumpe abgelegt und somit die kontinuierliche Insulinzufuhr unterbrochen, benötigt der Patient je nach Dauer des Zeitraums schnellwirksames Insulin (Normalinsulin, schnell wirksame Insulinanaloga), um die fehlende Insulinversorgung auszugleichen – ansonsten droht eine diabetische Ketoazidose!

## Bitte benachrichtigen

1. Name \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

2. Name \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

## Persönliche Angaben

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Wohnort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

## Medtronic Insulinpumpe:

Seriennummer: \_\_\_\_\_

## Hausarzt:

Telefon-Nr.: \_\_\_\_\_

## Pumpenzentrum:

Telefon-Nr.: \_\_\_\_\_

Notruf-Nr.: \_\_\_\_\_

## Sonstiges

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Programmierte Basalraten

Startzeit	Basalrate	Startzeit	Basalrate

## Einstellung BolusExpert

Startzeit	BZ-Zielwert	BE-Faktor	Korr-Faktor

Wirkdauer aktives Insulin: \_\_\_\_\_ Stunden

## Einstellung Sensorfunktionen

Startzeit	NIEDR.-Alarm	HOCH-Alarm	NIEDR. UNTERBR.-Alarm

# Medtronic

Medtronic GmbH  
Geschäftsbereich Diabetes  
Postfach 1441  
40639 Meerbusch

Tel: +49 (0)2159 81 49 0  
Fax: +49 (0)2159 81 49 110  
24-Std-Hotline: 0800 6464633  
[www.medtronic-community.de](http://www.medtronic-community.de)  
[www.medtronic.de](http://www.medtronic.de)