



**SEE MORE.  
EFFICIENTLY.**

PillCam™ レコーダ DR3

**Medtronic**

# PillCam™ レコーダ DR3

PillCam™ レコーダ DR3は、PillCam™ カプセル内視鏡検査施行中に患者様に装着するコンパクトなバッテリー駆動の携帯型の装置です。PillCam™ レコーダ DR3は、PillCam™ カプセル内視鏡から送信される画像データを受信・記録します。



## ■患者チェックイン(初期化)

PillCam™ レコーダ DR3を初期化し、患者さん情報や検査情報を入力

## ■ペアリング

指定したPillCam™ カプセル内視鏡の信号のみを受信

## ■フレームレート調整機能 (AFR)

PillCam™ カプセル内視鏡の移動速度判断とフレームレート数の自動切替

## ■リアルタイム表示

PillCam™ カプセル内視鏡が撮像した画像をリアルタイムに表示

## ■レジメンリマインダ

PillCam™ COLON 2 カプセルによる検査中に患者さんに服薬などの指示を出すリマインダ機能

\* PillCam™ COLON 2 カプセル内視鏡検査の時のみ表示

## ■ダウンロード

画像診断用にRAPID™ ビデオを作成するために、記録された生データをRAPID™ ワークステーションに転送

特性・性能または機能	
重量	500g ±10%
定格電圧	DC 3.5-4.2V
外径寸法	108 (幅) × 130 (高さ) × 38 (奥行き) mm ±10%
電池の種類	充電式リチウムイオン電池
バッテリー充電方法	専用バッテリー充電器 (PillCam™ レコーダ DR3用クレードル) 重量: 560g 外径寸法: 126 (幅) × 138 (奥行き) × 84 (高さ) mm
標準作動時間	9時間 (ディスプレイのバックライトON) 15時間 (ディスプレイのバックライトOFF)

保管条件及び動作条件	
保管条件	周囲温度: 0~55℃ 相対湿度: 0~85% (結露なきこと)
動作条件	周囲温度: 0~40℃ 相対湿度: 0~85% (結露なきこと)

製品番号	製品名
400600031	PillCam™ レコーダ DR3 パック
構成品	
FGS-0347-J	PillCam™ レコーダ DR3
FGS-0355-J	PillCam™ レコーダ DR3用クレードル
FGS-0362-J	PillCam™ レコーダ DR3 アクセサリ

※仕様・外観については、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売名: PillCam COLON 2 カプセル内視鏡システム 医療機器承認番号: 22500BZX00310000

# Medtronic

コヴィディエン ジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

[medtronic.co.jp](http://medtronic.co.jp)

ct-ce-sb-sb5  
1702.1000.es.e