Oxy$_2$Pro^{MC*} avec connecteur Microstream^{MC}

Guide d'application

1



Retirer le masque de l'emballage et mettre l'emballage en plastique au recyclage ou au rebut.

2



Ouvrez la membrane d'accès oral en appuyant sur les rabats vers l'extérieur ou vers l'intérieur avec les pouces.

3



Ajuster le tuyau au niveau du pivot pour défaire toute torsion.

4



Fixez solidement le connecteur du tube à oxygène à l'alimentation en oxygène. S'assurer que tous les raccords sont bien fixés et que le tuyau n'est pas plié.

5

Oxygen flow (LPM)	FiO$_2$ (%)[1]
5 (minimum)	48 - 72
8	67 - 86
10	73 - 93
12	79 - 94
15	85 - 95

Régler le débit d'oxygène de 5 LPM à 15 LPM pour obtenir la saturation en oxygène et le débit d'oxygène prescrits pour le patient.

6



Vérifier le débit d'oxygène à travers le dispositif et titrer si nécessaire.

7



Placer le dispositif sur le visage du patient. **Centrer le diffuseur** entre le nez et la lèvre supérieure.

8



Positionner l'élastique sous les oreilles ou au sommet de la tête, en tirant sur les deux extrémités de la bande pour la fixer.

9



Pincez la bande d'aluminium de l'arête nasale pour qu'elle s'adapte au nez du patient de manière sûre et confortable.

10



Fixer le connecteur à fermeture rapide de **la ligne d'échantillonnage de capnographie Microstream^{MC}** à un moniteur Microstream^{MC}.

11



Attendre que le patient se stabilise avec le débit d'oxygène envoyé puis déterminer si le débit convient.

12



Lubrifier l'instrument selon le protocole de l'hôpital et le faire glisser dans la bouche du patient à travers la membrane d'accès buccal séparée.

***Optionnel**: Appliquer du lubrifiant à l'extérieur de la fenêtre de l'endoscope avant d'insérer l'instrument.*

13



Ajuster le débit d'oxygène au besoin pour atteindre ou maintenir la saturation en oxygène prescrite.

Le monitorage Microstream^{MC} ne doit pas être utilisé comme unique base pour le diagnostic ou la thérapie et n'est destiné qu'à compléter l'évaluation du patient. Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.

Oxy$_2$Pro^{MC*} est frabriqué par Southmedic Inc., et distribué par Medtronic.

©2025 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. ^{MC}*Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic.
US-PM-2300470FC CA-PMR-0638-F Rév. 11/2025

Medtronic