

# Dürfen Personen mit einem Herzschrittmacher oder Defi ein Elektroauto fahren?

J A \*



Herzschrittmacher und Defis werden beim Fahren eines Elektrofahrzeugs nicht beeinträchtigt. \*Für Personen mit einem Defi gibt es möglicherweise Beschränkungen aufgrund ihrer Rhythmusstörung.

Beim Laden eines Elektrofahrzeugs sind 30 cm Abstand zwischen dem Implantat und der Ladestation erforderlich.

