Medtronic
Gebrauchsanweisung für die Anwendung bei Erwachsenen
Nellcor™ OxySoft™ Pulsoximetriesensor

So setzen Sie den Nellcor™ OxySoft™ Pulsoximetriesensor bei erwachsenen Patienten ein



1 Legen Sie fest, wo der Sensor befestigt werden soll. Die Stelle sollte nicht in der Nähe von Blutdruckmanschetten oder Infusionsleitungen liegen. Die Befestigung erfolgt vorzugsweise am Zeigefinger. Sie können aber auch einen anderen Finger wählen.



2 Reinigen Sie die Anlegestelle des Sensors und entfernen Sie gegebenenfalls verwendeten Nagellack. Entfernen Sie die Plastikfolie vom Sensor und suchen Sie die Optikkomponenten unter den Sonnen- (☀) und Punktsymbolen (●).



3 Platzieren Sie die Sonnensymbole über dem Nagelbett (nicht über einem Gelenk) und wickeln Sie den Sensor so um den Finger, dass die Punktsymbole den Sonnensymbolen gegenüberliegen. Achten Sie darauf, dass das Kabel auf der linken Seite des gewählten Fingers verläuft.



4 Wickeln Sie die gesamte Länge des Pflasters fest, aber nicht zu straff, um die Sensorstelle. Schließen Sie den Sensor an das Oximeter an und überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb wie in der Bedienungsanleitung des Oximeters beschrieben.

⚠ Lesen Sie vor dem Einsatz dieses Produkts die „Benutzungshinweise“ des Sensors, um eine vollständige Gebrauchsanleitung zu erhalten, einschließlich aller Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und technischen Daten.

Das Nellcor™ Pulsoximetrie-Überwachungssystem sollte nicht als alleinige Grundlage für die Diagnose bzw. Therapie verwendet werden und ist nur zur Unterstützung bei der Beurteilung von Patient*innen gedacht.

© 2022 Medtronic. EMEA-PM-2200070-nellcor-oxysoft-adult-positioning-guide-de-de-7505293

medtronic.de/pmri

Fragen? Wenden Sie sich an die für Sie zuständige Vertretung von Medtronic.

Medtronic